

Más que sólo preciso: ¡delgado, liviano, fiable!



# HandyStep® S

Solutions for Science

F I R S T C L A S S · B R A N D

El nuevo dispensador HandyStep® S se siente como hecho a medida para la mano, funciona de forma particularmente fiable y es sencillo de manejar.

■ **¡Totalmente relajado!**

Distribución equilibrada del peso, posición ergonómica correcta de los elementos de mando

■ **¡Siempre fiable!**

Construcción robusta, técnica minuciosamente pensada, plásticos innovadores

■ **¡Siempre listo para el uso!**

¡Sin display dependiente de baterías, sin cambios de baterías! Tabla de volúmenes integrada

■ **¡Realmente flexible!**

10 tamaños de puntas PD (inclusive nuevas puntas de 1 ml y 10 ml), 59 volúmenes diferentes. ¡Utilizable con puntas dispensadoras de otros fabricantes!

■ **¡Sin contacto!**

Expulsión de la punta con sólo una tecla: ¡sin tocar la punta!





**HandyStep® S – ¡el dispensador manual para todas las circunstancias!**

Ideal para rutina e investigación de diagnósticos, biología molecular, análisis medioambientales, y mucho más.

El HandyStep® S y las puntas PD funcionan según el principio de desplazamiento directo. De esta manera, es posible dosificar líquidos de alta viscosidad, alta densidad o de alta presión de vapor con máxima precisión. El desplazamiento directo permite trabajar sin contaminaciones, puesto que no se forman aerosoles.

**Otros datos y hechos:**

- mayor resistencia a sustancias químicas mediante plásticos innovadores
- sencillo acoplamiento de la punta: ahora, la punta PD se coloca desde abajo
- rango de volumen desde 2 µl hasta 5 ml
- hasta 49 pasos de dosificación
- pesa sólo 108 g
- apropiado para la utilización de puntas PD de BRAND, puntas Encode™, puntas Repet, Combitips®, Combitips® plus y otras puntas dispensadoras compatibles.
- Conformidad con la directiva **IVD** CE

**HandyStep® S  
Solutions for  
Science**



Sistema dispensador repetitivo



Expulsión de la punta dispensadora

**Rápida selección de volumen**

La tabla de volúmenes de dos lados en la parte posterior muestra de un vistazo todas las informaciones necesarias para los ajustes de la carrera.



**¡Pulsando un botón!** .....  
Tecla de expulsión ergonómica para la expulsión segura, sin tocar la punta dispensadora contaminada.

**¡Flexible!** .....  
Además de las puntas PD de BRAND, también pueden utilizarse puntas dispensadoras compatibles de otros fabricantes.

**¡Combinado!** .....  
Bloqueo del émbolo y llenado de las puntas PD con una sola palanca.

**¡Perfecto!** .....  
Palanca de dosificación posicionada de forma óptima, para protección del pulgar.

**¡Inequívoco!** .....  
Indicación clara y grande del ajuste de la carrera, para un control rápido y sencillo.

**¡Agradable!** .....  
Estribo ergonómico para el dedo, para descanso de la mano, importante para el procesamiento de largas series.

**¡Una cuestión de transparencia!** .....  
Tabla de volúmenes de dos lados en la parte posterior para ajustes rápidos (véase abajo).

**¡Rápido!** .....  
Ajuste de la carrera con una mano para diestros y zurdos, también con guantes.

**De un vistazo ...**



Soporte para estantería para HandyStep® S



El soporte para estantería se adapta también para el soporte de mesa de la Transferpette® S.

**La tabla de volúmenes HandyStep® S con puntas PD**

Setting	Tip size (ml)										Steps
	0.1	0.5	1	1.25	2.5	5	10	12.5	25	50	
1	2	10	20	25	50	100	200	250	500	1000	49
1.5	3	15	30	37.5	75	150	300	375	750	1500	32
2	4	20	40	50	100	200	400	500	1000	2000	24
2.5	5	25	50	62.5	125	250	500	625	1250	2500	19
3	6	30	60	75	150	300	600	750	1500	3000	15
3.5	7	35	70	87.5	175	350	700	875	1750	3500	13
4	8	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	11
4.5	9	45	90	112.5	225	450	900	1125	2250	4500	10
5	10	50	100	125	250	500	1000	1250	2500	5000	9
Volume (µl)											

# Datos técnicos



## HandyStep® S

Certificado de conformidad, con número de serie, certificado de calidad, instrucciones de manejo, soporte de estante, 3 puntas PD: 0,1 ml, 1 ml y 10 ml.  
1 unidad por embalaje.

Ref. 7051 10



## Soporte de estante

para HandyStep® S.  
1 unidad por embalaje.

Ref. 7051 30

## BRAND® Puntas PD (puntas de desplazamiento directo)

Capacidad ml	unidades por emb.	sin esterilizar Ref.	esterilizadas** Ref.	BIO-CERT® Ref.
0,1	100	7024 02	7024 04	7026 83
0,5	100	7023 70	7023 84	7026 84
1	100	7024 06	7024 36	7026 85
1,25	100	7023 72	7023 86	7026 86
2,5	100	7023 74	7023 88	7026 88
5	100	7023 76	7023 90	7026 90
10	100	7024 07	7024 38	7026 91
12,5	100	7023 78	7023 92	7026 92
25*	50/25***	7023 80	7023 94	7026 94
50*	25	7023 82	7023 96	7026 96



Puntas PD en calidad BIO-CERT® son esterilizadas, exentas de endotoxinas, ADN, RNase y de ATP.

\* con 1 adaptador, \*\* esterilizadas/exentas de endotoxinas – embalaje individual, \*\*\* puntas PD de 25 ml: sin esterilizar 50 unidades, esterilizadas 25 unidades

## Table de precisión (HandyStep® S con puntas PD de BRAND®, 20 °C 'Ex', $\bar{\mu}$ )

Volumen nominal punta PD (ml)	Gama de ajuste (µl)	E* ≤ ± % Carrera ajustada ± % de volumen nominal			CV* ≤ % Carrera ajustada ± % de volumen nominal		
		1 ± 2%	3 ± 6%	5 ± 10%	1 ± 2%	3 ± 6%	5 ± 10%
0,1	2 - 10	8,0	2,7	1,6	5,0	3,0	2,0
0,5	10 - 50	4,0	1,33	0,8	1,4	0,73	0,6
1	20 - 100	4,0	1,33	0,8	1,0	0,38	0,4
1,25	25 - 125	4,0	1,33	0,8	0,8	0,38	0,3
2,5	50 - 250	3,5	1,17	0,7	0,8	0,3	0,2
5	100 - 500	2,5	0,83	0,5	0,6	0,27	0,2
10	200 - 1000	1,5	0,5	0,4	0,5	0,23	0,2
12,5	250 - 1250	1,5	0,5	0,3	0,3	0,23	0,2
25	500 - 2500	1,5	0,5	0,3	0,4	0,23	0,2
50	1000 - 5000	1,5	0,5	0,3	0,4	0,23	0,15

E\* = Exactitud, CV\* = Coeficiente de variación

Los límites de error referidos al volumen parcial ajustado en función del tamaño de la punta PD, a igual temperatura (20 °C) del aparato, de la punta, del ambiente y del agua dest., con manejo regular, sin sacudidas. El control se realiza según DIN EN ISO 8655-5.

HandyStep® y BRAND® son marcas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Otras marcas que se citen son dominio del propietario correspondiente.

Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento. Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany

Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

